

# 汎用人工呼吸器仕様書

汎用人工呼吸器 一式

## I 機器構成

- 1 汎用人工呼吸器 1台
- 2 ソフト (NIV オプション) 1個
- 3 ソフト (ハイフロー) 1個
- 4 モバイルカート 1個
- 5 専用ボックス 1個
- 6 ケーブルホルダー 1個
- 7 Yピースホルダー／フック 1個
- 8 支持アーム 1個
- 9 MK ホース 1本
- 10 レールブラケット 1個
- 11 加温加湿器 レール 1個
- 12 加温加湿器 2台
- 13 温度センサー 1個
- 14 SH ヒータワイヤアダプタ 1個
- 15 ポール曲 1.05M 1個
- 16 呼気カセット 1個
- 17 取付部品 (クランプ) 1個
- 18 成人用デュアル熱線回路 1箱
- 19 ジェルフェイス M 1箱
- 20 鼻カニューレ 1箱
- 21 痰吸引器 1式
- 22 定期交換部品セット 2セット
- 23 ダストフィルタ 1箱
- 24 O2セル 1個

## II 主な仕様

- 1 圧縮空気の壁配管を必要としないこと
- 2 画面にガイダンス表示をすること
- 3 どこでも連続して換気を継続できること
- 4 迅速な反応と高流量・高圧の供給能力を備えていること

- 5 バッテリー駆動により移動できること
- 6 非侵襲的換気 (NIV) に対応できること
- 7 1回換気量は 20~2000ml であること
- 8 吸気圧 (cmH<sub>2</sub>O) は 0~ (100-PEEP) であること
- 9 呼吸回数 (回/分) は 4~150 であること
- 10 寸法は幅 375mm奥行き 350mm高さ 275mm程度であること
- 11 重量は 15kg 程度であること
- 12 緊急対応を可能としたメンテナンス体制を整備していること

※なお、当該仕様書と同等の機能を有していることが確認できた場合は、仕様条件を満たしているかの可否について、総合的に判断する。