

社会医療法人社団 大久保病院 仕様書

調達物品	<p>電動ベッド 一式 (内訳)</p> <p>①低床ベッド 9台 ②超低床ベッド 1台 ③ベッド用柵 (転落防止用柵) 10組</p>
------	--

仕様内容	応札内容	評価
1 低床ベッド		
1-1 3モーター仕様、液晶手元スイッチ付きの電動式介護用ベッドであること。		
1-2 背ボトムと膝ボトムの連結部にはギャッチ動作時における体のずれ・腹部圧迫の軽減を図るため、短冊状に構成された屈曲ボトムにより緩やかな曲線を構成し、かつ伸びる機構を有すること。		
1-3 マットレスのずれ下がり・横ずれを抑制させるため、マットレス止めを備えること。		
1-4 手元スイッチは足元側での操作が可能なこと。		
1-5 4輪全てを同時にロックまたは解除		

できる仕様であること。		
1-6 患者の離床情報、端座位情報、起床情報および見守り情報をナースコールに伝達可能なセンサー付きベッドであること。		
1-7 ボードは樹脂製でコーナーには傷つき防止のための樹脂製バンパーを備え、容易に着脱ができ、不用意な外れを防ぐためのストッパーを設けること。		
1-8 モルテン社製（83cm幅）のマットレスに適合可能なベッドであること。		
2 超低床ベッド		
2-1 3モーター仕様、液晶手元スイッチ付きの電動式介護用ベッドであること。		
2-2 背ボトムと膝ボトムの連結部にはギャッチ動作時における体のずれ・腹部圧迫の軽減を図るため、短冊状に構成された屈曲ボトムにより緩やかな曲線を構成し、かつ伸びる機構を有すること。		
2-3 マットレスのずれ下がり、横ずれを抑制させるために、マットレス止めを備えること。		
2-4 手元スイッチは足元側での操作が可		

能なこと。		
2-5 床からボトム上面までの高さが 15.5 m m ~ 56.5 m m まで調整可能なこと。		
2-6 キャスターは4輪とも、首振り・回転が固定できるストッパー付キャスターであること。		
2-7 ボードは樹脂製でコーナーには傷つき防止のための樹脂製バンパーを備え、容易に着脱ができ、不用意な外れを防ぐためのストッパーを設けること。		
2-8 モルテン社製(83 c m幅)のマットレスに適合可能なベッドであること。		
3 ベッド用柵(転落防止柵)		
3-1 電動ベッドに適合した形状(外寸)であること。		
3-2 納品単位は2本1組とすること。		