

社会医療法人社団 大久保病院 仕様書

調達物品	トレーニング装置 1台
------	-------------

仕様内容	応札内容	評価
1-1 座ったままで、歩行動作に近い効率的な上下肢連動運動ができること。		
1-2 エリプティカル（楕円）モーションにより、蹴り返し時に起こる関節への衝撃を少なくし、よりスムーズで連続的な運動ができること。		
1-3 アーム部分とフット部分が連動式になっており、自然でスムーズな上下肢連動運動が行える制御機構を有していること。		
1-4 体幹が不安定な方もしっかりと座れるよう、シートに適度なクッション性をもたせていること。		
1-5 立ち上がりをサポートする安全設計を有していること。		
1-6 安定した運動をサポートするため、フットスタビライザー、カーフスタビライザ		

一、ハンドリストスタビライザーを有していること。		
1-7 ディスプレイ表示は、時間、回転数、ワット数、消費カロリー、METs、脈拍数、距離、ステップ数であること。		
2-1 本装置の搬入、設置、調整等は、当院の指示のもとに実施すること。		
2-2 納品時に関連する規格/性能/取扱説明などに関する日本語版の文書を添付すること。		
2-3 故障発生時には、速やかな対応ができる体制であること。		
2-4 検収完了日から1年間は無償保証期間とすること。		

※当該仕様書の条件をすべて満たすこと、又は同等であると判断できること。