

社会医療法人社団 大久保病院 仕様書

調達物品	近赤外線治療器 一式
------	------------

仕様内容	応札内容	評価
1-1 光線出力は 10W であること。		
1-2 発振波長帯は 600 n m ~ 1600 n m の複合波長であること。		
1-3 直線偏光を有すること。		
1-4 温熱感を有すること。		
1-5 プローブ変換が可能であること。		
1-6 プローブ数は 3 種類であること。またオプションで 5 種類となること。		
1-7 ダイヤル・ボタン方式により、操作性に優れていること。		
1-8 温度上昇時における自動制御装置を内蔵していること。		
1-9 患者用緊急停止ボタンを装備していること。		
1-10 本体一体式キャスター付きワゴンを有し、専用アームを装備していること。		

2-1 本装置の搬入、設置、調整等は、当院の指示のもとに実施すること。		
2-2 納品時に関連する規格/性能/取扱説明などに関する日本語版の文書を添付すること。		
2-3 故障発生時には、速やかな対応ができる体制であること。		
2-4 検収完了日から1年間は無償保証期間とすること。		

※当該仕様書の条件をすべて満たすこと、又は同等であると判断できること。