

社会医療法人社団 大久保病院 仕様書

調達物品	肺運動負荷モニタリングシステム 一式
------	--------------------

仕様内容	応札内容	評価
1-1 正確な運動負荷量が処方できること。		
1-2 酸素摂取量を日常生活の現場で測定できること。		
1-3 適正な投与エネルギーが決められること。		
1-4 省電力制御方式により、熱線式流量計を採用していること。		
1-5 ガスメータは、ジルコニア式を採用していること。		
1-6 ガスの輸送速度を一定に保つこと。		
1-7 ガス校正方式は、パルス式ガス校正法を採用していること。		
1-8 水蒸気透過膜に加えて、内部機器の廃熱を利用して除湿する新アクティブ除湿方式を採用していること。		
1-9 塵埃によるサンプリングチューブの		

詰まりやポンプの劣化を検出し、フィルタの交換時期を自動的にお知らせすること。		
1-10 専用の解析ソフトを装備していること。		
1-11 パソコン及び専用ラックを装備したシステムであること。		
2-1 本装置の搬入、設置、調整等は、当院の指示のもとに実施すること。		
2-2 納品時に関連する規格/性能/取扱説明などに関する日本語版の文書を添付すること。		
2-3 故障発生時には、速やかな対応ができる体制であること。		
2-4 検収完了日から1年間は無償保証期間とすること。		

※当該仕様書の条件をすべて満たすこと、又は同等であると判断できること。